

IDK[®] Kynureninsäure (KynA)

ELISA

Zur in-vitro-Bestimmung von Kynureninsäure in Urin

IDK[®] Kynurenic acid (KynA)

ELISA

For the in vitro determination of kynurenic acid in urine

Gültig ab / Valid from 2018-09-29

REF K 7735



IVD **CE**



Immundiagnostik AG, Stubenwald-Allee 8a, 64625 Bensheim, Germany

Tel.: ++49 6251 70190-0

Fax: ++ 49 6251 849430

e.mail: info@immundiagnostik.com

www.immundiagnostik.com

Inhalt

1. VERWENDUNGSZWECK	2
2. INHALT DER TESTPACKUNG	2
3. ERFORDERLICHE LABORGERÄTE UND HILFSMITTEL	2
4. VORBEREITUNG UND LAGERUNG DER REAGENZIEN	2
5. PROBENVORBEREITUNG UND -LAGERUNG	3
<i>Probenlagerung</i>	3
<i>Vorbereitung der Proben, Standards und Kontrollen</i>	3
6. TESTDURCHFÜHRUNG	4
<i>Testprinzip</i>	4
<i>Pipettierschema</i>	4
7. ERGEBNISSE	5
8. EINSCHRÄNKUNGEN	6
9. QUALITÄTSKONTROLLE	6
<i>Referenzwerte</i>	6
10. TESTCHARAKTERISTIKA	7
<i>Präzision und Reproduzierbarkeit</i>	7
<i>Spike-Wiederfindung</i>	7
<i>Wiederfindung in der Verdünnung</i>	8
<i>Analytische Sensitivität</i>	9
<i>Spezifität</i>	9
11. VORSICHTSMASSNAHMEN	9
12. TECHNISCHE MERKMALE	9
13. ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TEST	10
14. LITERATUR	10

1. VERWENDUNGSZWECK

Der hier beschriebene Assay ist für die quantitative Bestimmung von Kynureninsäure in Urin geeignet. Nur zur *in-vitro*-Diagnostik.

2. INHALT DER TESTPACKUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kit Komponenten	Menge
K 7735	PLATE	Mikrotitermodul, vorbeschichtet	12 x 8 Vertiefungen
K 7735	STD	Standards, gebrauchsfertig (0; 1,5; 4,5; 15; 45; 150 µM)	6 x 200 µl
K 7735	CTRL 1	Kontrolle, gebrauchsfertig (Bereich der Spezifikation entnehmen)	1 x 200 µl
K 7735	CTRL 2	Kontrolle, gebrauchsfertig (Bereich der Spezifikation entnehmen)	1 x 200 µl
K 7735	WASHBUF	ELISA-Waschpufferkonzentrat, 10x	2 x 100 ml
K 7735	AB	Kynureninsäure-Antikörper, peroxidase markiert, gebrauchsfertig	1 x 6 ml
K 7735	ASYBUF	Assaypuffer, gebrauchsfertig	2 x 30 ml
K 7735	SUB	Substrat (Tetramethylbenzidin), gebrauchsfertig	1 x 15 ml
K 7735	STOP	Stopplösung, gebrauchsfertig	1 x 15 ml

Für Nachbestellungen von Einzelkomponenten verwenden Sie als Bestellnummer die Artikelnummer gefolgt von der Bezeichnung.

3. ERFORDERLICHE LABORGERÄTE UND HILFSMITTEL

- Reinstwasser*
- Präzisionspipetten und Pipettenspitzen für den Einmalgebrauch mit variablen Volumina von 10 - 1000 µl
- Folie zum Abkleben der Mikrotiterplatte
- Mikrotiterplattenschüttler
- Multikanal- bzw. Multipipette
- Vortex-Mixer
- Zentrifuge, 3000 g

- Laborübliche Glas- oder Plastikröhrchen (Einmalartikel)
- Mikrotiterplattenphotometer (benötigte Filter siehe Kapitel 6)

* Immundiagnostik AG empfiehlt die Verwendung von Reinstwasser nach ISO 3696. Es handelt sich dabei um Wasser des Typs 1, welches frei von ungelösten und kolloidalen Ionen und organischen Molekülen ist (frei von Partikeln > 0,2 µm) mit einer elektrischen Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm bei 25°C (≥18,2 MΩ cm).

4. VORBEREITUNG UND LAGERUNG DER REAGENZIEN

- Bitte achten Sie bei mehrfachem Einsatz des Kits darauf, dass die Reagenzien wie in der Vorschrift beschrieben gelagert werden.
- **Vorbereitung des Waschpuffers:** Das **Waschpufferkonzentrat (WASHBUF)** muss vor Gebrauch **1:10** in Reinstwasser verdünnt werden (100 ml WASHBUF + 900 ml Reinstwasser), gut mischen. Aufgrund des hohen Salzgehaltes im Konzentrat kann es zu Kristallbildungen kommen. Die Kristalle lösen sich bei Raumtemperatur bzw. im Wasserbad bei 37 °C auf. Das **WASHBUF** kann bei **2-8 °C** bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum aufbewahrt werden. Der **Waschpuffer** (1:10 verdünntes WASHBUF) ist **1 Monat bei 2-8 °C** in einem geschlossenen Gefäß haltbar.
- Alle anderen Testreagenzien sind gebrauchsfertig und, bei **2-8 °C** gelagert, bis zum angegebenen Verfallsdatum (siehe Etikett) verwendbar.

5. PROBENVORBEREITUNG UND -LAGERUNG

Probenlagerung

Angesäuerte Urinproben sind 4 Tage bei Raumtemperatur stabil. Nicht angesäuerte Urinproben sind bei Raumtemperatur 24 h stabil oder 4 Tage bei 2-8 °C. Zur längeren Lagerung müssen die Proben bei -20 °C aufbewahrt werden. Wiederholtes Auftauen und Einfrieren ist zu vermeiden.

Vorbereitung der Proben, Standards und Kontrollen

1.	Je 50 µl Standard (STD)/ Kontrolle (CTRL)/ Urinprobe in 1,5-ml-Reaktionsgefäße pipettieren.
2.	500 µl Assaypuffer (ASYBUF) in alle Reaktionsgefäße (STD, CTRL, Proben) pipettieren, gut mischen.

50 µl der so vorbereiteten Standards, Kontrollen und Proben werden im Test pro Vertiefung eingesetzt.

6. TESTDURCHFÜHRUNG

Testprinzip

Dieser ELISA dient zur quantitativen Bestimmung von Kynureninsäure. Der Test basiert auf der Methode des kompetitiven Enzymimmunoassays.

Die zu untersuchenden Proben, Standards und Kontrollen werden zusammen mit einem peroxidasemarkierten polyklonalen anti-Kynureninsäure-Antikörper in einer mit Kynureninsäure (Antigen) beschichteten Mikrotiterplatte inkubiert.

Während der Inkubation kompetitiert das freie Zielantigen in der Probe mit dem an die Platte gebundenen Antigen um die Bindung der peroxidasemarkierten polyklonalen Antikörper.

Nach einem Waschschrift zur Entfernung ungebundener Komponenten wird das Peroxidasesubstrat Tetramethylbenzidin (TMB) zugegeben. Die Enzymreaktion wird durch Zugabe von Säure abgestoppt. Dadurch erfolgt ein Farbumschlag von blau nach gelb. Die entstandene chromogene Verbindung wird photometrisch gemessen. Die Intensität der Farbe ist umgekehrt proportional zur Konzentration des gemessenen Analyten, d.h. mit steigender Kynureninsäure-Konzentration in der Probe reduziert sich die Konzentration der an die beschichtete Platte gebundenen Antikörper und das Signal nimmt ab. Anhand einer mitgeführten Standardkurve – optische Dichte (Absorption bei 450 nm) versus Standardkonzentration – lässt sich die Konzentrationen der Proben ermitteln.

Pipettierschema

Vor Gebrauch **alle Reagenzien und Proben** auf **Raumtemperatur** (15-30 °C) bringen, gut mischen.

Markieren Sie die Positionen für Standards/Kontrollen/Proben in einem Protokollblatt.

Die benötigten Mikrotiterstreifen aus dem Kit nehmen. Nicht verwendete Mikrotiterstreifen können abgeklebt bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum bei 2-8 °C gelagert werden.

Im Fall einer automatisierten Abarbeitung des Tests können automaten-spezifische Anpassungen der Prozedur notwendig sein, um den jeweiligen technischen Gegebenheiten gerecht zu werden. Für Unterstützung und Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter oder Immundiagnostik AG.

Wir empfehlen, die Bestimmungen in Doppelwerten durchzuführen.

1.	50 µl der vorbereiteten Standards/Kontrollen/Proben in die jeweiligen Vertiefungen der Mikrotiterstreifen pipettieren.
2.	50 µl Kynureninsäure-Antikörper in jede Vertiefung pipettieren.
3.	Streifen luftdicht abdecken und über Nacht (15-24 Stunden) bei 2-8°C inkubieren.
4.	Inhalt der Vertiefungen verwerfen und 5 x mit je 250 µl Waschpuffer waschen. Nach dem letzten Waschschrift Reste von Waschpuffer durch Ausklopfen auf saugfähigem Papier entfernen.
5.	100 µl Substrat (SUB) in alle Vertiefungen pipettieren.
6.	12-18 min* bei Raumtemperatur (15-30 °C) im Dunkeln inkubieren.
7.	100 µl Stopplösung (STOP) in alle Vertiefungen pipettieren, gut mischen.
8.	Extinktion sofort im Mikrotiterplattenphotometer bei 450 nm gegen die Referenzwellenlänge 620 nm (oder 690 nm) messen. Ist keine Referenzwellenlänge vorhanden, wird nur bei 450 nm gemessen. Falls die Extinktion des höchsten Standards den Messbereich des Photometers übersteigt, sollte sofort bei 405 nm gegen 620 nm (690 nm) gemessen werden.

* Die Intensität der Farbentwicklung ist temperaturabhängig. Es wird empfohlen, den Farbumschlag während der Inkubationszeit zu beobachten und entsprechend der Farbentwicklung die Reaktion zu stoppen.

7. ERGEBNISSE

Die unten beschriebenen mathematischen Modelle können alternativ zur Auswertung benutzt werden. Wir empfehlen die 4-Parameter-Funktion.

1. 4-Parameter-Funktion

Für die optische Dichte empfehlen wir eine lineare Ordinate und für die Konzentration eine logarithmische Abszisse (bei einer logarithmischen Abszisse muss für den Standard mit der Konzentration 0 ein Wert kleiner 1 eingegeben werden, z.B. 0,001).

2. Punkt-zu-Punkt-Auswertung

Für die optische Dichte und für die Konzentration empfehlen wir eine lineare Ordinate bzw. Abszisse.

3. Gewichtete Spline-Funktion


Für die optische Dichte und für die Konzentration empfehlen wir eine lineare Ordinate bzw. Abszisse.

Vor jeder automatischen Auswertung sollte stets eine Kontrolle der Doppelwerte auf Plausibilität („Ausreißerkontrolle“) durchgeführt werden; falls dies nicht durch das verwendete Programm erfolgt, sollte die Kontrolle manuell durchgeführt werden.

Urinproben

Die Konzentrationen der Proben können direkt aus der Standardkurve in $\mu\text{mol/l}$ abgelesen werden. Es wird **kein Faktor** benötigt.

Die folgende Abbildung zeigt ein typisches Beispiel einer Standardkurve. Sie darf nicht zur Auswertung der Messwerte benutzt werden.



8. EINSCHRÄNKUNGEN

Proben, deren OD niedriger ist als die des höchsten Standards, sollten mit Assaypuffer (ASYBUF) stärker verdünnt und erneut gemessen werden. Bitte beachten Sie diesen Verdünnungsfaktor bei der Ergebnisberechnung.

9. QUALITÄTSKONTROLLE

Immundiagnostik empfiehlt den Einsatz von externen Kontrollen für die interne Qualitätskontrolle, wenn möglich.

Wir empfehlen, bei jedem Testansatz Kontrollen mitzumessen. Die Ergebnisse der Kontrollen müssen auf Richtigkeit überprüft werden. Liegen eine oder mehrere Kontrollen außerhalb des angegebenen Bereiches, kann Immundiagnostik die Richtigkeit der Messergebnisse nicht gewährleisten.

Referenzwerte

Anhand einer laborinternen Studie mit Urinproben von augenscheinlich gesunden Personen wurde ein Median von 1,8 µmol/mmol Kreatinin ermittelt (n = 61). Die 5. Perzentile lag bei 1,0 µmol/mmol Kreatinin, die 95. Perzentile lag bei 2,7 µmol/mmol Kreatinin.

Wir empfehlen jedem Labor, einen eigenen Referenzbereich zu etablieren.

10. TESTCHARAKTERISTIKA

Präzision und Reproduzierbarkeit

Intra-Assay (n = 24)

Probe	Kynureninsäure [µmol/l]	VK [%]
1	28,8	5,7
2	26,9	8,0

Inter-Assay (n = 6)

Probe	Kynureninsäure [µmol/l]	VK [%]
1	15,9	11,4
2	33,0	9,8

Spike-Wiederfindung

Drei Urinproben wurden mit unterschiedlichen Kynureninsäure-Mengen versetzt und gemessen. Die mittlere Wiederfindung betrug 95,8 % (n = 2).

Probe	Spike [$\mu\text{mol/l}$]	Kynureninsäure erwartet [$\mu\text{mol/l}$]	Kynureninsäure gemessen [$\mu\text{mol/l}$]	Wiederfindung [%]
A			21,71	
	10	31,71	33,69	106,2
	20	41,71	44,60	106,9
B			18,73	
	10	28,73	28,32	98,6
	20	38,73	33,79	87,3
C			17,18	
	10	27,18	24,28	89,3
	20	37,18	32,20	86,6

Wiederfindung in der Verdünnung

Drei Urinproben wurden jeweils mit Assaypuffer verdünnt und gemessen. Die mittlere Wiederfindung betrug 106,8 % (n = 2).

Probe	Verdünnung	Kynureninsäure erwartet [$\mu\text{mol/l}$]	Kynureninsäure gemessen [$\mu\text{mol/l}$]	Wiederfindung [%]
A			10,64	
	1:2	5,32	6,00	112,7
	1:3	3,55	3,88	109,4
B			4,04	
	1:2	2,02	1,94	95,9
	1:3	1,35	1,39	103,0
C			44,46	
	1:2	22,23	22,23	100,0
	1:3	14,82	17,76	119,8

Analytische Sensitivität

Die Nachweisgrenze wurde festgelegt als $B_0 - 2 \text{ SD}$. Gemessen wurde 48 x der STD 1 (Null-Standard). Die Messungen ergaben eine Nachweisgrenze von 0,3 $\mu\text{mol/l}$.

Probe	Mittelwert [OD]	2 Standardabweichungen (2 x SD)	Nachweisgrenze [$\mu\text{mol/l}$]
STD 1	2,197	0,14	0,3

Spezifität

Die Spezifität wurde nachgewiesen durch Bestimmung der Kreuzreaktivität verwandter Substanzen. Die Kreuzreaktivität wird angegeben in Prozent, bezogen auf die Kynureninsäure-Reaktivität:

Quinolinsäure	< 0,003 %
Serotonin	< 0,04 %
Indol-3-essigsäure	< 0,01 %
L-Tryptophan	< 0,14 %
L-OH-Kynurenin	< 0,16 %
L-Kynurenin	< 0,11 %

11. VORSICHTSMASSNAHMEN

- Alle im Kit enthaltenen Reagenzien dürfen ausschließlich zur *in-vitro*-Diagnostik verwendet werden.
- Das für Kitkomponenten verwendete humane Material wurde auf HIV, Hepatitis B und Hepatitis C getestet und für negativ befunden. Dennoch wird empfohlen, die Kitkomponenten als Vorsichtsmaßnahme immer wie potentiell infektiöses Material zu behandeln.
- Die Kitkomponenten enthalten zum Schutz vor bakteriellen Kontaminationen Natriumazid oder ProClin. Natriumazid bzw. ProClin sind giftig. Auch Substrate für enzymatische Farbreaktionen sind als giftig und karzinogen beschrieben. Jeder Kontakt mit Haut oder Schleimhaut ist zu vermeiden.
- Die Stopplösung besteht aus verdünnter Schwefelsäure (H_2SO_4). H_2SO_4 ist eine starke Säure und muss auch in verdünnter Form mit Vorsicht benutzt werden. H_2SO_4 verursacht bei Kontakt mit der Haut Verätzungen. Es sollte

daher mit Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Schutzbrille gearbeitet werden. Bei Kontakt mit der Säure muss die verätzte Stelle sofort mit viel Wasser gespült werden.

12. TECHNISCHE MERKMALE

- Reagenzien der Testpackung dürfen nicht mit anderen Chargen gemischt werden. Ferner dürfen Kavitäten unterschiedlicher Mikrotiterplatten, selbst der gleichen Charge, nicht zusammengefügt und zur Analyse verwendet werden.
- Qualitätskontrollen sollten immer mitgemessen werden.
- Die Reagenzien dürfen nach Ablauf des auf der Kitverpackung angegebenen Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Substratlösung muss vor Gebrauch farblos sein.
- Mikrotiterstreifen müssen während den Inkubationen mit Folie abgedeckt sein.
- Vermeiden Sie Schaumbildung beim Mischen der Reagenzien.
- Stopfen und Verschlüsse verschiedener Reagenzien dürfen nicht vertauscht werden.
- Der Assay ist immer nach der dem Kit beigefügten Arbeitsanleitung durchzuführen.

13. ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TEST











- Dieser Kit wurde nach der IVD Richtlinie 98/79/EG hergestellt und in den Verkehr gebracht.
- Für die Qualitätskontrolle sind die für medizinische Laboratorien erstellten Richtlinien zu beachten.
- *IDK®* ist eine Marke der Immundiagnostik AG.
- Die Testcharakteristika wie Inkubationszeiten, Inkubationstemperaturen und Pipettiervolumina der verschiedenen Komponenten wurden vom Hersteller festgelegt. Nicht mit dem Hersteller abgesprochene Veränderungen in der Testdurchführung können die Resultate beeinflussen. Die Firma Immundiagnostik AG übernimmt für die hierdurch entstandenen Schäden und Folgeschäden keine Haftung.

- Bei Gewährleistungsansprüchen ist das beanstandete Material mit schriftlicher Erklärung innerhalb von 14 Tagen zum Hersteller, der Immundiagnostik AG, zurückzusenden.

14. LITERATUR

1. Agudelo LZ, Femenía T, Orhan F, Porsmyr-Palmertz M, Goiny M, Martinez-Redondo V, et al. Skeletal Muscle PGC-1 α 1 Modulates Kynurenine Metabolism and Mediates Resilience to Stress-Induced Depression. *Cell*. 2014;159(1):33-45. doi:10.1016/j.cell.2014.07.051.
2. DiNatale BC, Murray IA, Schroeder JC, Flaveny CA, Lahoti TS, Laurenzana EM, et al. Kynurenic Acid Is a Potent Endogenous Aryl Hydrocarbon Receptor Ligand that Synergistically Induces Interleukin-6 in the Presence of Inflammatory Signaling. *Toxicological Sciences*. 2010;115(1):89-97. doi:10.1093/toxsci/kfq024.
3. Linderholm KR, Skogh E, Olsson SK, Dahl M-L, Holtze M, Engberg G, et al. Increased Levels of Kynurenine and Kynurenic Acid in the CSF of Patients With Schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*. 2012;38(3):426-432. doi:10.1093/schbul/sbq086.
4. Milart P, Sikorski R. Kynurenic acid concentration in blood and urine during normal pregnancy. *Ginekologia polska*. 1998;69(12):968-973. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10224760>.

Verwendete Symbole:

	Temperaturbegrenzung		Bestellnummer
	In-Vitro-Diagnostikum		Zu verwenden mit
	Hersteller		Inhalt ausreichend für <n> Prüfungen
	Chargenbezeichnung		Verwendbar bis
	Achtung		Gebrauchsanweisung beachten

Manual


IDK® Kynurenic acid (KynA) ELISA

For the in vitro determination of kynurenic acid in urine

Valid from 2018-09-29



K 7735



Immundiagnostik AG, Stubenwald-Allee 8a, 64625 Bensheim, Germany

Tel.: +49 6251 70190-0

Fax: + 49 6251 849430

e.mail: info@immundiagnostik.com

www.immundiagnostik.com

Table of Contents

1. INTENDED USE	14
2. MATERIAL SUPPLIED	14
3. MATERIAL REQUIRED BUT NOT SUPPLIED	14
4. PREPARATION AND STORAGE OF REAGENTS	14
5. PREPARATION AND STORAGE OF SAMPLES	15
<i>Storage of samples</i>	15
<i>Preparation of samples, controls and standards</i>	15
6. ASSAY PROCEDURE	15
<i>Principle of the test</i>	16
<i>Test procedure</i>	16
7. RESULTS	17
8. LIMITATIONS	18
9. QUALITY CONTROL	18
<i>Reference Range</i>	18
10. PERFORMANCE CHARACTERISTICS	19
<i>Precision and reproducibility</i>	19
<i>Spiking recovery</i>	19
<i>Dilution recovery</i>	20
<i>Analytical sensitivity</i>	20
<i>Specificity</i>	21
11. PRECAUTIONS	21
12. TECHNICAL HINTS	21
13. GENERAL NOTES ON THE TEST AND TEST PROCEDURE	21
14. REFERENCES	22

1. INTENDED USE

This ELISA is intended for the quantitative determination of kynurenic acid in urine. For *in vitro* diagnostic use only.

2. MATERIAL SUPPLIED

Cat. No.	Label	Kit Components	Quantity
K 7735	PLATE	Microtiter plate, pre-coated	12 x 8 wells
K 7735	STD	Standards, ready-to-use (0, 1.5, 4.5, 15, 45, 150 µM)	6 x 200 µl
K 7735	CTRL 1	Control, ready-to-use (see specification for range)	1 x 200 µl
K 7735	CTRL 2	Control, ready-to-use (see specification for range)	1 x 200 µl
K 7735	WASHBUF	Wash buffer concentrate, 10x	2 x 100 ml
K 7735	AB	Kynurenic acid antibody, peroxidase-labelled, ready-to-use	1 x 6 ml
K 7735	ASYBUF	Assay buffer, ready-to-use	2 x 30 ml
K 7735	SUB	Substrate (tetramethylbenzidine), ready-to-use	1 x 15 ml
K 7735	STOP	Stop solution, ready-to-use	1 x 15 ml

For reorders of single components, use the catalogue number followed by the label as product number.

3. MATERIAL REQUIRED BUT NOT SUPPLIED

- Ultra pure water*
- Calibrated precision pipets and 10-1000 µl tips
- Foil to cover the microtiter plate
- Horizontal microtiter plate shaker
- Multi-channel pipets or repeater pipets
- Vortex
- Centrifuge, 3000 x g
- Standard laboratory glass or plastic vials, cups, etc.
- Microtiter plate reader (required filters see chapter 6)

* Immundiagnostik AG recommends the use of Ultra Pure Water (Water Type 1; ISO 3696), which is free of undissolved and colloidal ions and organic molecules (free of particles > 0.2 µm) with an electrical conductivity of 0.055 µS/cm at 25 °C (≥18.2 MΩ cm).

4. PREPARATION AND STORAGE OF REAGENTS

- To run the assay more than once, ensure that reagents are stored at the conditions stated on the label.
- **Preparation of the wash buffer:** The **wash buffer concentrate (WASHBUF)** has to be diluted with ultra pure water **1:10** before use (100 ml WASHBUF + 900 ml ultra pure water), mix well. Crystals could occur due to high salt concentration in the concentrate. Before dilution, the crystals have to be redissolved at room temperature or in a water bath at 37 °C. The **WASHBUF** is stable at **2-8 °C** until the expiry date stated on the label. **Wash buffer** (1:10 diluted WASHBUF) can be stored in a closed flask at **2-8 °C for 1 month**.
- All other test reagents are ready-to-use. Test reagents are stable until the expiry date (see label) when stored at **2-8 °C**.

5. PREPARATION AND STORAGE OF SAMPLES

Storage of samples

Acidified urine samples can be stored for 4 days at room temperature. Non-acidified samples can be stored for 24 h at room temperature or for 4 days at 2-8 °C. For longer storage keep samples frozen at -20 °C. Avoid repeated thawing and freezing.

Preparation of samples, controls and standards

1.	Add 50 µl standard (STD)/control (CTRL)/urine sample in 1.5 ml reaction vials.
2.	Add 500 µl assay buffer (ASYBUF) into each vial (STD/CTRL/samples), mix well.

For analysis, **50 µl** of the prepared standards, controls and samples are used per well.

6. ASSAY PROCEDURE

Principle of the test

This ELISA is designed for the quantitative determination of kynurenic acid. The assay is based on the method of competitive enzyme linked immunoassays.

Samples, standards and controls are incubated in wells of a microtiter plate coated with kynurenic acid (antigen), together with a peroxidase labeled polyclonal anti-kynurenic acid antibody. During the incubation period the free target antigen in the sample competes with the antigen immobilized on the wall of the microtiter wells for the binding of the peroxidase-labeled polyclonal antibodies.

After a washing step to remove the unbound components, the peroxidase substrate tetramethylbenzidine (TMB) is added. Finally, the enzymatic reaction is terminated by an acidic stop solution. The color changes from blue to yellow and the absorbance is measured in the photometer at 450 nm. The intensity of the yellow color is inverse proportional to the kynurenic acid concentration in the sample; this means, high antigen concentration in the sample reduces the concentration of antibodies bound to the antigen on the plate and lowers the photometric signal. A dose response curve of absorbance unit (optical density, OD at 450 nm) vs. concentration is generated using the values obtained from the standards. Kynurenic acid, present in the patient samples, is determined directly from this curve.

Test procedure

Bring all **reagents and samples to room temperature** (15-30 °C) and mix well.

Mark the positions of standards/controls/samples on a protocol sheet.

Take as many microtiter strips as needed from the kit. Store unused strips covered at 2-8 °C. Strips are stable until expiry date stated on the label.

For automated ELISA processors, the given protocol may need to be adjusted according to the specific features of the respective automated platform. For further details please contact your supplier or Immundiagnostik AG.

We recommend carrying out the tests in duplicate.

1.	Add 50 µl of the prepared standards/controls/samples into the respective wells of the microtiter plate.
2.	Add 50 µl kynurenic acid antibody into each well.
3.	Cover the strips tightly and incubate overnight (15-24 hours) at 2-8 °C .

4.	Discard the content of each well and wash 5 times with 250 µl wash buffer . After the final washing step, remove residual wash buffer by firmly tapping the plate on absorbent paper.
5.	Add 100 µl substrate (SUB) into each well.
6.	Incubate for 12-18 min* at room temperature (15-30 °C) in the dark .
7.	Add 100 µl stop solution (STOP) into each well and mix well.
8.	Determine absorption immediately with an ELISA reader at 450 nm against 620 nm (or 690 nm) as a reference. If no reference wavelength is available, read only at 450 nm. If the extinction of the highest standard exceeds the range of the photometer, absorption must be measured immediately at 405 nm against 620 nm (690 nm) as a reference.

* The intensity of the colour change is temperature sensitive. We recommend observing the colour change and stopping the reaction upon good differentiation.

7. RESULTS

The following algorithms can be used alternatively to calculate the results. We recommend using the 4 parameter algorithm.

1. 4 parameter algorithm

It is recommended to use a linear ordinate for optical density and a logarithmic abscissa for concentration. When using a logarithmic abscissa, the zero standard must be specified with a value less than 1 (e.g. 0.001).

2. Point-to-point calculation

We recommend a linear ordinate for optical density and a linear abscissa for concentration.

3. Spline algorithm


We recommend a linear ordinate for optical density and a linear abscissa for concentration.

The plausibility of the pairs of values should be examined before the automatic evaluation of the results. If this option is not available with the used program, a control of the paired values should be done manually.

Urine samples

The concentrations can be determined directly from the standard curve in $\mu\text{mol/l}$. **No factor** is required.

In the following, an example of a standard curve is given; do not use it for the calculation of your results.



8. LIMITATIONS

Samples with an OD lower than the OD of the highest standard should be diluted with assay buffer (ASYBUF) and re-assayed. Please consider this dilution factor when calculating the results.

9. QUALITY CONTROL

Immundiagnostik recommends the use of external controls for internal quality control, if possible.

Control samples should be analysed with each run. Results, generated from the analysis of control samples, should be evaluated for acceptability using appropriate statistical methods. The results for the patient samples may not be valid if within the same assay one or more values of the quality control samples are outside of the acceptable limits.

Reference Range

Based on internal studies with urine samples of apparently healthy persons, a median of 1.8 $\mu\text{mol}/\text{mmol}$ creatinine was measured ($n = 61$). The 5th percentile was 1.0 $\mu\text{mol}/\text{mmol}$ creatinine, the 95th percentile was 2.7 $\mu\text{mol}/\text{mmol}$ creatinine.

We recommend each laboratory to establish its own reference range.

10. PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Precision and reproducibility

Intra-assay (n = 24)

sample	kynurenic acid [$\mu\text{mol}/\text{l}$]	CV [%]
1	28.8	5.7
2	26.9	8.0

Inter-assay (n = 7)

sample	kynurenic acid [$\mu\text{mol}/\text{l}$]	CV [%]
1	15.9	11.4
2	33.0	9.8

Spiking recovery

3 urine samples were spiked with different kynurenic acid concentrations and measured in this assay. The mean recovery rate 95.8 % ($n = 2$).

sample	spike [$\mu\text{mol/l}$]	kynurenic acid expected [$\mu\text{mol/l}$]	kynurenic acid measured [$\mu\text{mol/l}$]	recovery [%]
A			21.71	
	10	31.71	33.69	106.2
	20	41.71	44.60	106.9
B			18.73	
	10	28.73	28.32	98.6
	20	38.73	33.79	87.3
C			17.18	
	10	27.18	24.28	89.3
	20	37.18	32.20	86.6

Dilution recovery

3 urine samples were diluted with assay buffer and measured in this assay. The mean recovery rate was 106.8 % (n = 2).

sample	dilution	kynurenic acid expected [$\mu\text{mol/l}$]	kynurenic acid measured [$\mu\text{mol/l}$]	recovery [%]
A			10.64	
	1:2	5.32	6.00	112.7
	1:3	3.55	3.88	109.4
B			4.04	
	1:2	2.02	1.94	95.9
	1:3	1.35	1.39	103.0
C			44.46	
	1:2	22.23	22.23	100.0
	1:3	14.82	17.76	119.8

Analytical sensitivity

STD 1 (zero-standard) was measured 48 times. The detection limit was set as $B_0 - 2 \text{ SD}$ and estimated to be 0.3 $\mu\text{mol/l}$.

sample	mean value [OD]	2 x standard deviation (2 x SD)	Detection limit [$\mu\text{mol/l}$]
STD 1	2.197	0.14	0.3

Specificity

The specificity of the antibody was tested by measuring the cross-reactivity against compounds with structural similarity to kynurenic acid. The specificity is calculated in percent in relation to the kynurenic acid binding activity.

Quinolinic acid	< 0.003 %
Serotonin	< 0.04 %
Indole-3-acetic acid	< 0.01 %
L-tryptophan	< 0.14 %
L-OH-kynurenine	< 0.16 %
L-kynurenine	< 0.11 %

11. PRECAUTIONS

- All reagents in the kit package are for *in vitro* diagnostic use only.
- Human materials used in kit components were tested and found to be negative for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C. However, for safety reasons, all kit components should be treated as potentially infectious.
- Kit reagents contain sodium azide or ProClin as bactericides. Sodium azide and ProClin are toxic. Substrates for the enzymatic color reactions are toxic and carcinogenic. Avoid contact with skin or mucous membranes
- The stop solution consists of sulfuric acid, which is a strong acid. Although diluted, it still must be handled with care. It can cause burns and should be handled with gloves, eye protection, and appropriate protective clothing. Any spills should be wiped up immediately with copious quantities of water. Do not breathe vapour and avoid inhalation.

12. TECHNICAL HINTS

- Do not interchange different lot numbers of any kit component within the same assay. Furthermore, we recommend not assembling wells of different microtiter plates for analysis, even if they are of the same batch.
- Control Samples should be analysed with each run.
- Reagents should not be used beyond the expiration date stated on the kit label.
- Substrate solution should remain colourless until use.
- To ensure accurate results proper adhesion of plate sealers during incubation steps is necessary.

- Avoid foaming when mixing reagents.
- Do not mix plugs and caps from different reagents.
- The assay should always be performed according to the enclosed manual.











13. GENERAL NOTES ON THE TEST AND TEST PROCEDURE

- This assay was produced and distributed according to the IVD guidelines of 98/79/EC.
- The guidelines for medical laboratories should be followed.
- *IDK®* is a trademark of Immundiagnostik AG.
- Incubation time, incubation temperature, and pipetting volumes of the different components are defined by the producer. Any variation of the test procedure, which is not coordinated with the producer, may influence the results of the test. Immundiagnostik AG can therefore not be held responsible for any damage resulting from incorrect use.
- Warranty claims and complaints regarding deficiencies must be logged within 14 days after receipt of the product. The product should be sent to Immundiagnostik AG along with a written complaint.

14. REFERENCES

1. Agudelo LZ, Femenía T, Orhan F, Porsmyr-Palmertz M, Goiny M, Martinez-Redondo V, et al. Skeletal Muscle PGC-1 α 1 Modulates Kynurenine Metabolism and Mediates Resilience to Stress-Induced Depression. *Cell*. 2014;159(1):33-45. doi:10.1016/j.cell.2014.07.051.
2. DiNatale BC, Murray IA, Schroeder JC, Flaveny CA, Lahoti TS, Laurenzana EM, et al. Kynurenic Acid Is a Potent Endogenous Aryl Hydrocarbon Receptor Ligand that Synergistically Induces Interleukin-6 in the Presence of Inflammatory Signaling. *Toxicological Sciences*. 2010;115(1):89-97. doi:10.1093/toxsci/kfq024.
3. Linderholm KR, Skogh E, Olsson SK, Dahl M-L, Holtze M, Engberg G, et al. Increased Levels of Kynurenine and Kynurenic Acid in the CSF of Patients With Schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*. 2012;38(3):426-432. doi:10.1093/schbul/sbq086.
4. Milart P, Sikorski R. Kynurenic acid concentration in blood and urine during normal pregnancy. *Ginekologia polska*. 1998;69(12):968-973. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10224760>.

Used symbols:

	Temperature limitation		Catalogue Number
	In Vitro Diagnostic Medical Device		To be used with
	Manufacturer		Contains sufficient for <n> tests
	Lot number		Use by
	Attention		Consult instructions for use